

# PHILIPS

Coussin pour masque  
naso-buccal

DreamWear

Accessoires pour masque naso-  
buccal

Coussin de taille moyennement  
large

 Product Picture

HH1128



Conçu pour oublier que vous portez un masque.\*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear naso-buccal.

**Conception innovante**

- Une conception modulaire pour plus de possibilités

**Confort et facilité d'utilisation**

- Facile à utiliser
- Coussin naso-buccal positionné sous le nez

## Points forts

### Facile à utiliser



Nombre de pièces réduit pour faciliter le montage, le démontage et le nettoyage.

### Liberté de choix



La conception modulaire permet aux utilisateurs de choisir le coussin qui leur convient le mieux tout en conservant un conduit unique.

### Aucune marque rouge sur l'arête nasale



Le coussin innovant positionné sous le nez permet d'éviter les marques rouges, irritations et sensations de gêne au niveau de l'arête nasale\*\*.

## Caractéristiques

### Nettoyage : coussin

Laver à la main avec un détergent doux: Rinse thoroughly, air dry<sup>1</sup>

### Remplacement

Vérifier chaque jour l'absence d'usure:

Replace at first sign of wear

### Informations sur le produit

**Matériaux:** Polycarbonate, Silicone

**Garantie:** 90 days



\*\* Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Philips Amara View et F&P Simplus ; basée sur 10 jours d'utilisation.

<sup>1</sup> Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage.

<sup>2</sup> DreamWear est une gamme de masques fabriqués par Philips et destinés à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Ce dispositif fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : consulter la LPPR. Ce dispositif de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.