

1913

(Document No.)

2015/12

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed )

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address)

declare under our responsibility that the product(s): DL8740, SCH740

Philips

(brand name)

(Type version or model)

Philips ear thermometer

(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Name and number)

performed: Annex V 93/42/EEC

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(certificate number)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place,date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function)

1913

2015/12

(Document No. /Bericht Nr. )

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed /Jahr der CE  
Zeichenerteilung )

# EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EG - Konformitätserklärung)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Name)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / Anschrift)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

erklären als Verantwortliche, daß folgende(s) elektrische(n) Produkt(e)

Philips

(brand name, Markenname)

(Type version or model, Typenbezeichnung oder Modell )

Philips ear thermometer

(product description, Produktbezeichnung)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(auf die sich diese Konformitätserklärung bezieht, allen nachstehenden hamonisierten Normen entspricht.)

- EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009
- EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012
- EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003
- EN 980:2008, EN 1041:2008
- EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008
- EN 62304:2006+AC:2008
- EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012
- EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017
- EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Entsprechend den Bestimmungen der)

- 93/42/EEC
- 2014/53/EU
- 2011/65/EU
- 2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(und die gemäß eines Qualitätssystems produziert werden, dass mindestens der ISO 9001 oder CENELEC Permanent Documents entspricht)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(benannte Stelle)

(Name and number/ Name und Kennnummer )

performed: Annex V 93/42/EEC

(ausgeführt)

(description of intervention / Beschreibung des Verfahrens)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(und stellen das Zertifikat)

(certificate number / Zertifikatnummer)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
 DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
 SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place,date / Ort, Datum )

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / Unterschrift, Name und Funktion des Unterzeichners )

1913

2015/12

(Document No. / Numéro du document)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Année/mois (aaaa/mm) au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s))

Philips

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Philips ear thermometer

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro)

performed: Annex V 93/42/EEC

(a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

1913

2015/12

(Document No. / Documentnummer)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Jaar, maand waarin de CE markering is uitgegeven)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Europese Conformiteitsverklaring)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Bedrijfsnaam)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adres)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(verklaren dat onder onze verantwoordelijkheid de product(en))

Philips

(brand name, merknaam)

(Type version or model, typenummer of model)

Philips ear thermometer

(product description, productbeschrijving)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(waar deze verklaring betrekking op heeft voldoen aan de volgende geharmoniseerde standaarden)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(volgens de voorwaarden van:)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(En worden geproduceerd volgens een kwaliteitsprogramma wat minimaal overeenkomt met ISO9001 of de CENELEC permanente documenten)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Notified Body)

(Name and number/ Naam en nummer)

performed: Annex V 93/42/EEC

(heeft uitgevoerd) (description of intervention / uitgevoerd testprotocol)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(en heeft een certificaat uitgegeven)

(certificate number / nummer van het certificaat)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / plaats, datum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / handtekening, naam en functie)

1913

2015/12

(Document No. / Číslo zprávy)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Rok udělení známky CE)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Prohlášení o shodě v EU)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Jméno)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresa)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(Prohlašujeme na svou odpovědnost, že elektrický výrobek)

Philips

(brand name, značka)

(Type version or model, Typ verze nebo model)

Philips ear thermometer

(product description, popis výrobku)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(na nějž se toto prohlášení vztahuje, je ve shodě s následujícími harmonizovanými normami:)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Následovaných ustanoveními Směrnic:)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(A jsou vyráběny v systému řízení kvality minimálně ve shodě s ISO 9001 nebo)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Kompetentní orgán)

(Name and number/ Název a číslo)

performed: Annex V 93/42/EEC

(provedl)

(description of intervention / popis operace)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(a vydal certifikát.)

(certificate number / číslo certifikátu)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:

DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000

SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / místo, datum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / podpis, jméno a funkce)

1913

2015/12

(Document No. / Rapportnummer)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Årstal for påhæftning af CE-mærkningen)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EU KONFORMITETSERKLÆRING)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Virksomhedens navn)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(Erklærer i henhold til vores ansvar, at de(t) elektriske produkt(er))

Philips

(brand name, navn på varemærke)

(Type version or model, type eller model)

Philips ear thermometer

(product description, produktbeskrivelse)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(til hvilke(t) denne erklæring relaterer sig, er i konformitet med følgende harmoniserede standarder)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Opfylder de ufravigelige krav og øvrige forskrifter i)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Og er produceret i en kvalitet, der, som minimum, opfylder kravene i ISO 9001-standarden eller CENELEC's permanente dokumenter)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Det Notificerede Organ) (Name and number/ Navn og nummer)

performed: Annex V 93/42/EEC

(har gennemført) (description of intervention / beskrivelse af intervention)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(og udstedt erklæringen) (certificate number / erklæringsnummer)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / sted, dato)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / Signatur, navn og titel)

1913

2015/12

(Document No. / Documento nº.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Año en el que se incluye el marcado CE)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EU DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nombre compañía )

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / dirección )

declare under our responsibility that the product(s): DL8740, SCH740

(Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el (los) producto(s):

Philips

(brand name, nombre de la marca)

(Type version or model, Referencia o modelo)

Philips ear thermometer

(product description, descripción del producto )

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Al que hace referencia esta declaración cumple con las siguientes normas armonizadas)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Siguiendo las disposiciones relativas a:)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Y se fabrican conforme a una calidad al menos conforme a la norma ISO 9001 o a los Documentos Permanentes CENELEC)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(El organismo notificado) (Name and number/ Nombre y número)

performed: Annex V 93/42/EEC

(realizador)  (description of intervention / descripción de la intervención)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(Y expidió el certificado) (certificate number / número de certificado)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / lugar, fecha)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / firma, nombre y cargo )

1913

2015/12

(Document No. / Raportti nr.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / CE merkinnän myöntämisvuosi)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Vaatimustenmukaisuusvakuutus)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nimi)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / Osoite)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(Ilmoitus seuraavista vastuullamme olevista sähkötuotteista:)

Philips

(brand name, Brändinimi)

(Type version or model, Tyyppi, versio tai malli)

Philips ear thermometer

(product description, Tuotekuvaus)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Tämä vakuutus on yhdenmukainen seuraavien harmonisointistandardien kanssa)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Seuraavien määräysten mukaisesti)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Ja on tuotettu seuraavien laatujärjestelmien mukaisesti : ISO 9001 ja CENELEC asiakirjat)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Ilmoitettu laitos)

(Name and number/ Nimi ja numero)

performed: Annex V 93/42/EEC

(suoritetaan)

(description of intervention / toimenpiteen kuvaus)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(Todistuksen antaja)

(certificate number / Sertifiikaatin numero)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / paikka, päiväys)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / Allekirjoitus, nimi ja asema)

1913

2015/12

(Document No. / Jelentés száma)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / A CE jelzés feltüntetésének éve)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Név)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / cím)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(Felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az alábbi elektronikai termék(ek))

Philips

(brand name, márkanev)

(Type version or model, Típusváltozat vagy modell)

Philips ear thermometer

(product description, termék megnevezése)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Az ezen nyilatkozatban foglaltak szerint megfelel(nek) a következő harmonizált szabványoknak)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Követve a következő ajánlásokat)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(legalább az ISO 9001-nek megfelelően vagy)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Bejelentett testület)

(Name and number/ Név és szám)

performed: Annex V 93/42/EEC

(teljesítve)

(description of intervention / intézkedés leírása)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(és a kibocsátott tanúsítvány)

(certificate number / tanúsítvány száma)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / hely, dátum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / aláírás, név és beosztás)

1913

2015/12

(Document No. / Report Numero )

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Anno di  
apposizione della marcatura CE)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE )

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / denominazione sociale)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / sede)

declare under our responsibility that the product(s): DL8740, SCH740

(dichiara sotto la propria responsabilità che il /i Prodotto /i elettrico/i)

Philips

(brand name, marchio)

(Type version or model, modello o versione )

Philips ear thermometer

(product description, descrizione del prodotto)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti norme tecniche armonizzate)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(secondo le disposizioni della )

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(e i processi produttivi seguono un sistema qualità conforme almeno alla norma ISO 9001 o ai documenti permanenti CENELEC)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(L'ente certificatore notificato) (Name and number/ denominazione e numero)

performed: Annex V 93/42/EEC

(ha eseguito) (description of intervention / descrizione dell'intervento)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(ed emesso il certificato) (certificate number / numero del certificato)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / luogo e data)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / firma, nome e funzione)

1913

2015/12

(Document No. / Pranešimo Nr.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Metai, kada CE patvirtino)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EC ATITIKTIES DEKLARACIJA)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Pavadinimas)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresas)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(Deklaruojame, kad elektronikos gaminys (-iai):)

Philips

(brand name, firmos ženklo pavadinimas)

(Type version or model, Tipas arba modelis)

Philips ear thermometer

(product description, gaminio aprašymas)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Pagal šią deklaraciją atitinka toliau nurodytus standartus:)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Atitinka tokias nuostatas:)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Pagaminta atitinkant visus kokybės reikalavimus pagal ISO 9001 ar CENELEC nuolatinius dokumentus)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Informuota įstaiga) (Name and number/ Pavadinimas ir numeris)

performed: Annex V 93/42/EEC

(atlikta) (description of intervention / intervencijos aprašymas)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(Sertifikatas išleistas) (certificate number / sertifikato numeris)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / vieta, data)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / parašas, vardas, pavardė ir pareigos)

1913

2015/12

(Document No. / Ziņojums Nr)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Gads kurā CE zīme ieviesta)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EC deklarācija atbilstība)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / vārds)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adrese)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(deklarēt zem vai atbildība ka, elektronisks produkts)

Philips

(brand name, fabrikas marka vārds)

(Type version or model, Tips, versija vai modelis)

Philips ear thermometer

(product description, produkta apraksts)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Kam šī deklarācija atbilst ir apliecināt ar sekojošiem saskaņotiem standartiem)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Sekojoš noteikumiem)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Tiek ražots zem kvalitātes sistēma kas ir apstiprināta ar ISO 9001 vai CENELEC pastāvošiem dokumentiem )

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Reģistrēta galvenā daļa) (Name and number/ vārds un numurs)

performed: Annex V 93/42/EEC

(paveikts) (description of intervention / intervencijas apraksts)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(Un izveido sertifikātu) (certificate number / sertifikāta numurs)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / vieta, datums)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / parskts, vārds un amatpienākums)

1913

2015/12

(Document No. / Numer raportu)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Rok, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone na wyrobie)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nazwa)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adres)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(Deklarujemy na naszą odpowiedzialność, że urządzeni(e/a) elektryczne)

Philips

(brand name, marka)

(Type version or model, Typ lub model)

Philips ear thermometer

(product description, nazwa /opis produktu)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Do którego odnosi się niniejsza deklaracja jest zgodny z następującymi normami zharmonizowanymi)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Zgodnie z dyrektywami)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(oraz został wyprodukowany zgodnie ze standardami jakościowymi takimi jak ISO9001 lub CENELEC Permanent Documents)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Jednostka certyfikująca) (Name and number/ Nazwa i numer)

performed: Annex V 93/42/EEC

(wykonała) (description of intervention / rodzaj badania)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(i wydała certyfikat) (certificate number / numer certyfikatu)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / miasto, data)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / podpis, imię i nazwisko oraz funkcja)

1913

2015/12

(Document No. / Relatório No.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Ano em que a marca CE é afixada)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nome)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(Declara sob a sua responsabilidade que o(s) produto(s) eléctricos )

Philips

(brand name, nome da marca)

(Type version or model, Indicar versão ou modelo)

Philips ear thermometer

(product description, Descrição do produto)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Aqueles a quem esta declaração se dirige, está em conformidade com as seguintes normas harmonizadas)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Na sequência do disposto em:)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(E são produzidos sob um regime de qualidade, pelo menos, em conformidade com a norma ISO 9001 ou Documentos Permanentes CENELEC)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(O organismo notificado) (Name and number/ Nome e número)

performed: Annex V 93/42/EEC

(realizada) (description of intervention / descrição da intervenção)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(E emitido o certificado) (certificate number / certificado número)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / local, data)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / assinatura, nome e função)

1913

2015/12

(Document No. / Nr. raport)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Anul în care este aplicat marcajul CE)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Nume)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresă)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(Declarăm pe proprie răspundere că produsul (produsele) electric(e))

Philips

(brand name, marca)

(Type version or model, Tip sau model)

Philips ear thermometer

(product description, descriere produs)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(La care se referă această declarație, este în conformitate cu următoarele standarde armonizate)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(În conformitate cu dispozițiile directivelor)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Și sunt fabricate după o schemă de calitate conformă cel puțin cu standardul ISO 9001 sau Documentele Permanente CENELEC)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Organismul notificat) (Name and number/ Nume și număr)

performed: Annex V 93/42/EEC

(a efectuat) (description of intervention / descrierea intervenției)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(Și a emis certificatul) (certificate number / Numărul certificatului)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / locul, data)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / semnătura, nume și funcție)

1913

2015/12

(Document No. / Номер протокола)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Год начала маркировки знаком CE)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(CE Декларация о соответствии)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Юридическое имя)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / адрес)

declare under our responsibility that the product(s): DL8740, SCH740

(Декларируем под нашу ответственность, что электрическая продукция)

Philips

(brand name, торговая марка)

(Type version or model, тип, модель)

Philips ear thermometer

(product description, описание продукции)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(указанная в данной декларации, соответствует требованиям следующих стандартов:)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(В соответствии с положениями:)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(по крайней мере, в соответствии с ISO 9001 или)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Нотифицированный Орган) (Name and number/ Название и номер)

performed: Annex V 93/42/EEC

(проверил(а)) (description of intervention / описание проверки)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(и выпустил(а) сертификат) (certificate number / номер сертификата)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / место, дата)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / подпись, имя и должность)

1913

2015/12

(Document No. / Správa č.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Rok v ktorom je opatrený znakom CE)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Rok v ktorom je opatrený znakom CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Meno)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresa)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(Prehlasujeme na svoju zodpovednosť, že elektrický výrobok(y))

Philips

(brand name, názov značky)

(Type version or model, Typové označenie alebo model)

Philips ear thermometer

(product description, opis prístroja)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Na ktorý sa toto vyhlásenie vzťahuje, je v zhode s nasledujúcimi harmonizovanými normami)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(V nadväznosti na ustanovenia)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(A sú vyrobené systémom kvality minimálne v súlade s normou ISO 9001 alebo CENELEC dokumentmi)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Notifikovaný orgán) (Name and number/ Názov a číslo)

performed: Annex V 93/42/EEC

(vykonal) (description of intervention / opis zásahu)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(A vydal osvedčenie) (certificate number / číslo osvedčenia)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / miesto, dátum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / podpis, meno a funkcia)

1913

2015/12

(Document No. / Številka poročila)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Leto namstitve CE znaka)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Izjava o skladnosti)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Ime)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / Naslov)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(S polno odgovornostjo izjavljamo)

Philips

(brand name, Ime znamke)

(Type version or model, Tip, verzija ali model)

Philips ear thermometer

(product description, Opis proizvoda)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Na katerega se nanaša ta izjava je skladen z naslednjimi harmoniziranimi standardi)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(V skladu z naslednjimi odločbami)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(In so proizvedeni v skladu s shemo kakovosti najmanj v skladu z ISO 9001 ali CENELEC stalnimi dokumenti)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Priglašeno organ)

(Name and number/ Ime in številka)

performed: Annex V 93/42/EEC

(Izvršeno)

(description of intervention / Opis ukrepa)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(Izdaja certifikat)

(certificate number / Številka certifikata)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / Kraj, datum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / Podpis, Ime in funkcija)

1913

2015/12

(Document No. / Döküman Numarası)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / CE İbaresinin eklendiği yıl (yyyy/aa))

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(EU UYGUNLUK BEYANI)

PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / İmalatçının ismi)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / İmalatçının adresi )

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer  
(Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının kendi sorumluluğu altında düzenlenir)

DL8740, SCH740

Philips

(brand name, İsim )

(Type version or model, Tip veya model)

Philips ear thermometer

(product description, Ürün Açıklaması )

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(aşağıda belirtilen ilgili standartların gerektirdiği uygunluğa sahip olduğunu beyan ederiz)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Yasal hükümler şu şekildedir:)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(En az ISO 9001 veya CENELEC Daimi Belgelerine uygun kalite şemasına binaen mevcut ürünlerdir)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Yetkili Kurul)

(Name and number/ İsim ve numara)

performed: Annex V 93/42/EEC

(yerine getirmiştir) (description of intervention / müdahalenin tanımı )

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(sertifikayı düzenlemiştir)

(certificate number / sertifika numarası)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:

DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000

SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place,date / Yer ve tarih )

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / İmza, isim ve görevi)

1913

2015/12

(Document No. / Broj izvještaja)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Godina  
ishodenja CE oznake)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(Izjava o sukladnosti)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Ime)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / Adresa)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(Odgovorno izjavljujemo da je električni uređaj(i))

Philips

(brand name, Naziv robne marke)

(Type version or model, Tipka oznaka ili model)

Philips ear thermometer

(product description, opis proizvoda)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Na koje se ova izjava odnosi zadovoljava sljedeće usklađene norme)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Slijedom odredbi:)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(najmanje u skladu sa normom ISO 9001 ili)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Nadležno tijelo) (Name and number/ Ime i broj)

performed: Annex V 93/42/EEC

(Izveden) (description of intervention / Opis intervencije)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(Izdana je potvrda) (certificate number / Broj potvrde)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / Mjesto , datum)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / Potpis, ime i radno mjesto)

1913

2015/12

(Document No. / Αρ. έκθεσης)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Έτος επικόλλησης του σήματος συμμόρφωσης CE)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Επωνυμία)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / Διεύθυνση)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ηλεκτρολογικό προϊόν/ προϊόντα)

Philips

(brand name, ονομασία μάρκας)

(Type version or model, Τύπος έκδοσης ή μοντέλο)

Philips ear thermometer

(product description, περιγραφή προϊόντος)

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(στο οποίο/ στα οποία αφορά η παρούσα δήλωση συμμορφούται/ συμμορφούνται με τα εξής εναρμονισμένα πρότυπα)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Και παράγεται/ παράγονται σύμφωνα με ένα ποιοτικό πρόγραμμα που συμμορφούται, κατ'ελάχιστον, με το πρότυπο ISO 9001 ή με τα Μόνιμα Έγγραφα Τεκμηρίωσης της CENELEC)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Ο ειδοποιηθείς οργανισμός) (Name and number/ Ονομασία και αριθμός)

performed: Annex V 93/42/EEC

(διεξήγαγε) (description of intervention / περιγραφή παρέμβασης)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(Και εξέδωσε το πιστοποιητικό) (certificate number / αριθμός πιστοποιητικού)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / τόπος, ημερομηνία)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / υπογραφή, ονοματεπώνυμο και λειτουργία)

1913

2015/12

(Document No. / Документ №)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Година на поставяне на CE маркировката)

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

(CE Декларация за съответствие)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name / Име)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / адрес)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(Декларираме на наша отговорност, че електрическият(те) уред(и):

Philips

(Brand name, търговска марка)

(Type version or model, Серия или модел)

Philips ear thermometer

(product description, описание на продукта(ите))

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Към който(които) се отнася тази декларация е(са) в съответствие със следните установени стандарти)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
EN 980:2008, EN 1041:2008  
EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
EN 62304:2006+AC:2008  
EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(В съответствие с директиви:)

93/42/EEC  
2014/53/EU  
2011/65/EU  
2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(и са произведени под система за качествен контрол най-малко в съответствие с ISO 9001 или)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Известяващата институция) (Name and number/ Име и номер)

performed: Annex V 93/42/EEC

(извърши) (description of intervention / описание на проверката)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(И издаде сертификат) (certificate number / номер на сертификата)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place, date / място, дата)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / подпис, име и длъжност)

1913

2015/12

(Document No. / Dokument br.)

(Year, Month (yyyy/mm) in which the CE mark is affixed / Godina kada je dodeljena CE oznaka)

**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

(EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI)

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Company name /Naziv privrednog društva )

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresa)

declare under our responsibility that the product(s) DL8740, SCH740

(izjavljujemo pod punom odgovornošću da je(su) električni proizvod(i):)

Philips

(brand name, naziv robne marke )

(Type version or model, Verzija tipa ili model)

Philips ear thermometer

(product description, opis proizvoda )

to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(na koji se ova deklaracija odnosi u skladu sa sledećim usaglašenim standardima:)

EN ISO 10993-1:2009+AC:2010, EN ISO 10993-5:2009  
 EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013, IEC 60601-1:2005/A1:2012  
 EN 60601-1-11:2010, EN 12470-5:2003  
 EN 980:2008, EN 1041:2008  
 EN 60601-1-6:2010, EN 62366:2008  
 EN 62304:2006+AC:2008  
 EN ISO 13485:2012+AC:2012, EN ISO14971:2012  
 EN 300 328:2017, EN 301 489-1:2017, EN 489-1:2017  
 EN 62479:2010, EN 60601-1-2:2007+AC:2010

following the provisions of :

(U skladu sa odredbama)

93/42/EEC  
 2014/53/EU  
 2011/65/EU  
 2012/19/EU

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(I da su proizvedeni prema šemi kvaliteta koja je najmanje u skladu sa ISO 9001 ili CENELEC stalnom dokumentacijom)

Only for Medical Devices produced under a quality scheme at least in conformity with EN13485:

The Notified Body: DEKRA 0344

(Ovlašćeno telo)

(Name and number/ Naziv i broj)

performed: Annex V 93/42/EEC

(izvršeno)

(description of intervention / opis intervencije)

and issued the certificate: 86443CE09 no longer valid

(i izdat sertifikat)

(certificate number / broj sertifikata)

Remarks: Class IIa. Last manufact date: last serial no. range:  
 DL8740, wk1717, range: 171701000001-171701001000  
 SCH740, wk 1725, range: 172501000001-172501001932

Drachten, 14-mrt-18

(place,date / potpis, ime i funkcija)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function)