

PHILIPS

Fuld ansigtsmaske

DreamWear

Fuld ansigtspakke
med mellemstor pude
og lille og mellemstor ramme



HH1126



Som ikke at have noget på.*

Med friheden og komforten ved DreamWear Full Face kan du sove, som du ønsker.

Magnetiske klemmer

- Klemmerne og maskepuden til hovedtøjet indeholder magneter

Frit synsfelt

- Åbent design giver et bredt synsfelt

Innovativt design

- Bevægelsesfrihed
- Modulært design giver flere valgmuligheder

Behagelig og nem at anvende

- Nem at anvende
- Blød, fleksibel ramme
- Fuld ansigtspude under næsen

Vigtigste nyheder

Bevægelsesfrihed



Ved at flytte slangens placering til toppen af hovedet giver DreamWear Full Face større bevægelsesfrihed i løbet af natten. Brugere har udtalt, at de ikke behøvede at vælge én sovestilling, når de brugte DreamWear Full Face.*

Slut med røde mærker på næseryggen



Pudens innovative under næsen-design betyder, at det er slut med røde mærker, ubehag og irritation på næseryggen.**

Frit udsyn



Det åbne design gør det nemt at bruge briller, læse, se TV eller bruge en computer eller tablet, før du falder i søvn.**

Som ikke at have noget på



Den bløde, fleksible ramme er behagelig at bære om natten. Brugere har udtalt, at det føles som ikke at have noget på.*

Valgfrihed



Det modulære design giver brugerne mulighed for at vælge den pude, der passer bedst til dem, og på samme ramme.

Nem at anvende



Består kun af få dele og er nem at samle, skille ad og rengøre.

Magnetiske klemmer



Kontakt din sundhedsfaglige ekspert før du bruger denne maske. Nogle medicinske anordninger kan påvirkes af magnetfelter. De magnetiske klemmer i denne maske skal holdes mindst 50 mm væk fra enhver aktiv medicinsk anordning. Vær særligt opmærksom på implanterede anordninger som f.eks. pacemakere, defibrillatorer og cochlear-implantater. Læs brugervejledningen i pakken for at få flere oplysninger.

Specifikationer

Advarsel: Magnetisk interferens

Pas på med pacemakere: Læs brugervejledningen før brug.

Brugsformål

Skal bruges på patienter <gt/> 30 kg: med CPAP-recept

Rengøring: Hovedtøj, slanger

Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel: Skyl grundigt, hæng til tørre¹

Rengøring: maske

Vask i hånden med et mildt rengøringsmiddel: Skyl grundigt, lad lufttørre¹

Udskiftning

Undersøg dagligt for slitage: Skift ud ved første tegn på slitage

Produktoplysninger

Materialer: Nylon, Polyuretanskum, Polykarbonat, Polyester, Silikone, Spandex
Garanti: 90 dage

Driftstryk: 4 til 30 cmH₂O

Lydniveau: 17 dBA

Antal dele: 5



* * Dataanalyse af patientpræferenceundersøgelse udført i august 2017, hvor n = 85, og de ordinerede masker omfattede Resmed Airfit F10 og F20, Respirationics Amara View og F&P Simplus; baseret på 10 dages brug.

* * * Designpåstand - masken er designet således, at den ikke berører næseryggen.

* ¹Se venligst brugervejledningen for at få en mere detaljeret rengøringsvejledning.