

PHILIPS

Nenä-suomaski

DreamWear

Nenä-suomaskipakkaus

M-koon pehmuste

S- ja M-koon kehys



HH1127



Höyhenenkevyt.*

DreamWear-nenä-suomaski antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat.

Magneetti liittimet

- Päämmissä liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

Avoim näkökenttä

- Avoimessa maskissa on leveä näkökenttä

Innovatiivinen malli

- Vapaus liikkua
- Moduulimainen maski tuo valinnanvapautta

Helppo ja mukava käyttää

- Helppokäyttöinen
- Pehmeä, joustava kehys
- Nenän alle asettava pehmuste

Kohokohdat

Vapaus liikkua



Koska letku lähtee päälaelta, DreamWear-nenä-suomaski antaa enemmän liikkumavapautta nukkuessa. Käyttäjät ovat kertoneet, että DreamWear-nenä-suomaski ei vaikuta heidän nukkuma-asentoonsa.*

Ei enää painaumia nenänvarressa



Koska pehmuste asettuu nenän alle, nenänvarteen ei enää synny painaumia tai ärsytystä.**

Esteetön näkymä



Avoin malli antaa sinun käyttää vapaasti silmälasia, lukea, katsoa televisiota ja käyttää tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.**

Höyhenenkevyt



Pehmeää ja joustavaa kehystä on mukava käyttää öisin. Käyttäjien mukaan se on täysin huomaamaton.*

Vapaus valita



Käyttäjät voivat valita moduulimaiseen maskiin itselleen sopivimman pehmusteen.

Helppokäyttöinen



Vain vähän osia: helppo koota, purkaa ja puhdistaa.

Magneettiliittimet



Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutuksista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutuksista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

Tekniset tiedot

Huolto

Takuu: 90-days

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta. Tavaramerkit ovat
Koninklijke Philips N.V:n tai
omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2023-08-23
Versio: 3.2.1

UPC: 6 06959 04632 0

www.philips.com



** Elokuussa 2017 tehty potilaiden
käyttökokeustutkimus, n = 85. Potilaille määrättyjä
maskeja olivat Resmed Airfit F10 ja F20, Respiroics
Amara View sekä F&P Simplus. Tiedot perustuvat
10 päivän käyttökokeemukseen.

*** Mallia koskeva lupaus: maski on suunniteltu
sellaiseksi, että se ei kosketa nenänvartta.

* Lisätietoja puhdistamisesta on käyttöohjeissa.