

PHILIPS

AVENT



Rintapumppusetti

Double Breast Pump Kit

Miellyttävä silikonityyny

Kätevä lisäsetti

Helppo puhdistaa, nopea koota

Käytä Philips Avent -rintapumpun
runkojen kanssa



SCF335/12

Täydellinen kaksoisrintapumppusetti

Lisäsetti helpottaa käyttöä

Rintapumppuseteissämme imu ja rinnanpäiden stimulointi ovat täydellisessä tasapainossa. Niissä on silikonityyny, jotka mukautuvat hellävaraisesti rinnanpään kokoon ja muotoon, jotta pumppaus on tehokasta ja mukavaa.

Mukautettu ja helppokäyttöinen

- Helppo puhdistaa ja koota, sillä osia on vähemmän
- Pumppaa maitoa nojautumatta eteenpäin

Hellävarainen ja mukava käyttää

- Pehmeä silikonityyny on miellyttävä kaikille kehoille

Nopea pumppaus, enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*

- Natural Motion -tekniikka saa maidon virtaamaan nopeasti*

Kohokohdat

Nopea maidontulo*




Ainutlaatuinen Natural Motion -tekniikka saa maidon virtaamaan jopa minuutissa.** Pumpun imuote on hellävarainen, ja se hieroo sekä imee juuri sopivalla tavalla. Siksi ei ole yllättävää, että 97 % äideistä pitää pumpputa tehokkaana*** ja 100 % kättilöistä suosittelee sitä.

Mukautuu rinnanpäähän



Pumpun pehmeä ja joustava silikonityyny sopii rinnan ja nännin päälle niiden muodosta riippumatta. Tyyny sopii 99,98 prosentille erikokoisista rinnoista****, ja sen imuote on sekä hellävarainen että tukeva.

Helppo koota ja puhdistaa



Suunnittelimme pumpun, jonka käyttö on yksinkertaista. Siinä on vain muutama osa, joten sen puhdistaminen ja kokoaminen on helppoa.

Istu mukavassa asennossa



Rentoudu: muotoilumme ansiosta voit istua pystysuorassa sen sijaan, että nojautuisit eteenpäin.

Tekniset tiedot

Materiaali

Pumppuosa: Ei sisällä BPA:ta*****

Sisältö

Pumppuosa ja letkut: 2 pakkausta

125 ml:n pullo: 2 kpl

Kierrerengas: 2 kpl

Korkki: 2 kpl

Toiminnot

Pehmeä ja mukautuva tyyny: Hellävarainen stimulointi

Yhteensopivuus

Käytä vain yhdessä seuraavien kanssa: Philips Avent SCF391, SCF392, SCF393, SCF394, SCF395, SCF396, SCF397, SCF398, SCD330, SCD340, SCD395



* Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksiin [MER] syntyminen kuluva aika), joka mitattiin 20 osallistujan kliinisessä koekäytössä (Alankomaat 2019); verrattuna Philipsin aikaisemmalla pumpputekniikalla saavutettuun aikaan, joka mitattiin 9 osallistujan esitutkimuksessa (Alankomaat 2018).

* *1K-SE: 70 prosentilla osallistujista maidonerityksen refleksi syntyi 60 sekunnissa. Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksiin [MER] syntyminen kuluva aika), joka mitattiin 20 osallistujan kliinisessä koekäytössä (Alankomaat 2019), verrattuna Philipsin aikaisemmalla pumpputekniikalla saavutettuun aikaan, joka mitattiin 9 osallistujan esitutkimuksessa (Alankomaat 2018).

* **Perustuu kliiniseen koekäyttöön, johon osallistui 20 henkilöä (Alankomaat 2019), pisteiden keskiarvo sähkökäyttöiselle yhden rinnan rintapumpulle ja sähkökäyttöiselle kahden rinnan rintapumpulle. 95 % osallistujista pitää rintapumppujamme tehokkaina (sähkökäyttöinen yhden rinnan rintapumppu); 100 % osallistujista pitää rintapumppujamme tehokkaina (sähkökäyttöinen kahden rinnan rintapumppu).

* ***Perustuu seuraaviin: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 April 2019 (109 osallistujaa, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993 (20 osallistujaa [eurooppalaista alkuperää], USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 osallistujaa, Australia).

* ****Tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksiin olevat osat EU-asetuksen 10/2011 mukaisesti.