

PHILIPS

AVENT



Brystpumpesett

Single Breast Pump Kit

Behagelig silikonpute

Praktisk ekstra sett

Enkel å rengjøre, rask å sette
sammen

Brukes med Philips Avent-
brystpumpemotorer



SCF337/01

Det komplette enkeltpumpesettet

Et ekstra sett for mer bekvemmelighet

Våre brystpumpesett er laget med en perfekt balanse mellom sug og brystvortestimulering. De leveres med silikonputer som varsomt tilpasser seg brystvortens størrelse og form for en mer effektiv og komfortabel pumpeopplevelse.

Tilpasset og enkel å bruke

- Enkel og rengjøre og sette sammen med færre deler
- Pump uten å lene deg fremover

Skånsom og komfortabel

- Myk silikonpute gir komfort til enhver kropp

Pumper raskt, mer melk på mindre tid*

- Natural Motion-teknologi får melken til å flyte raskt*

Single Breast Pump Kit

Brystpumpesett

Høydepunkter

Rask melkeflyt*




Melken begynner å flyte på bare ett minutt takket være vår unike Natural Motion-teknologi.** Med et skånsomt feste og akkurat passe massasje og suging er det ingen overraskelse at 97 % av mødrene sier at pumpen er effektiv, og at 100 % av jordmødrene anbefaler den.

Tilpasser seg brystvorten



Uansett fasong møter pumpens myke, bøyelige silikonpute brystet og brystvorten på en behagelig måte. Den passer 99,98 %**** av alle bryststørrelser og tilpasser seg og festes mykt og sikkert.

Enkel rengjøring og montering



Vi har utformet pumpen med få deler, slik at den er enkel å rengjøre og sette sammen.

Sitt komfortabelt



Føl deg avslappet under pumping takket være et design som lar deg sitte oppreist i stedet for å lene deg fremover.

SCF337/01

Spesifikasjoner

Materiale

Pumpesett: BPA-fri*****

Følgende er inkludert:

Pumpesett med slanger: 1 sett

Flaske 125 ml: 1 del

Skruringer: 1 del

Tetningslokk: 1 del

Funksjoner

Myk og tilpasningsdyktig pute: Skånsom stimulering

Kompatibilitet

Brukes kun sammen med: Philips Avent SCF391, SCF392, SCF393, SCF394, SCF395, SCF396, SCF397, SCF398, SCD330, SCD340, SCD395



* Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (MER) fra en klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for annen foregående Philips-pumpeteknologi fra en gjennomførbarhetsstudie med ni deltakere (Nederland, 2018).

**For 1K-SE: 70 % av deltakerne opplevde utdrivningsrefleks (Milk Ejection Reflex, MER) innen 60 sekunder. Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten fra en klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for annen foregående Philips-pumpeteknologi fra en gjennomførbarhetsstudie med ni deltakere (Nederland, 2018).

***Basert på resultater fra produktkliniske studier med 20 deltakere (Nederland, 2019), gjennomsnittlig poengsum for enkel og dobbel elektrisk brystpumpe; 95 % av deltakerne er enige i at brystpumpene våre er effektive (enkel elektrisk); 100 % av deltakerne er enige om at brystpumpene våre er effektive (dobbel elektrisk).

**** Basert på: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 deltakere, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 deltakere (europeiske), USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 deltakere, Australia).

***** Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011.