


PHILIPS



マスク及びCPAP付属品の使い方

アマラビュー フルフェイスマスク

アマラビュー SE フルフェイスマスク

Amara View

※ 本書は取扱説明書に代わるものではありません。必ず添付文書および取扱説明書をご覧ください。

※ フィルタの交換・取り付けはご使用の機器を確認し、
裏面の「5.フィルタの取り付け方法」の項を参照しながら行ってください。

※ ご不明な点がございましたら、最終ページのお問合せ先までお問い合わせください。

マスク装着方法の動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記の二次元コードを
読み取り動画へ



パソコンから


フィリップス

検索

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある「健康」
を開き「患者さま向け機器取り扱い資料」の下方にある
「マスク」をクリック


各部品の名称

＊呼気ポート及びエントレインメントバルブエルボは塞がないでください。




1 マスク装着の手順 (1)

左右どちらかのヘッドギアクリップをフレームから外します。
ヘッドギアのストラップは最大までゆるめておきます。



1 マスク装着の手順 (2)


マスククッションを顔にあてクッション上部が鼻孔の下にあたるように支えながらヘッドギアをかぶります。ヘッドギアクリップの片方をもとの位置に取り付けます。



※ 鼻孔にあたる部分が、鼻の上を覆わないように注意してください。




ヘッドギア上部ストラップ、下部ストラップ、トップストラップを均等に、締めすぎないように注意しながら調整します。



マスクを取り外す際は、クッション部分を手で押さえながらヘッドギアを前方にずらして取り外します。



※ クッション部分を持ちあげながら取り外さないでください。



2 トラブルと対処法


マスクが頬に食い込んでいる場合

ヘッドギアを締めすぎていませんか？
特に下部のヘッドギアは頬との間に
指が1本入る程度に緩めてください。




空気が漏れる場合

鼻周辺から空気が漏れる場合は上部
ストラップを調整してください。




左右の口周辺から空気が漏れる場合は
下部ストラップを調整してください。




ストラップが耳／目に近すぎる場合

上部ストラップが耳にかかる場合は、
トップストラップを調整し、ヘッドギア
を引き上げてください。



上部ストラップが目にかかる場合は、
トップストラップを調整し、ヘッドギア
を引き下げてください。




3

マスクの分解／組み立て


部品名	分 解	組み立て
ヘッドギア	マスクフレームをヘッドギアクリップから取り外します。	上部ストラップをマスクフレームのスロットに通し、下部ストラップをヘッドギアクリップに通します。

マスク
クッション

マスクフレームから取り外します。




クッションをカチッと音がなるまで親指で押し込みます。



4

付属品のお手入れ方法

(呼吸回路、水タンク、花粉フィルタはマスクの付属品ではありません)

頻度	付属品名	洗浄方法・交換
毎日	マスク 	各部品を分解し、中性洗剤を薄めたぬるま湯で洗浄します。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
1週間	呼吸回路 	中性洗剤をうすめたぬるま湯で、洗います。よくすすぎ、風通しの良い所で陰干しします。
	水タンク+ 水タンク用 パッキン 	中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水ですすぎます。乾いた布などで水気を拭き取り陰干しします。
	ヘッドギア 	マスクからはずして中性洗剤をうすめたぬるま湯にひたし、5分間おきます。
1ヶ月	花粉 フィルタ 	必ず乾いた花粉フィルタと交換します。使用後は中性洗剤をうすめたぬるま湯で洗浄し、きれいな水でよくすすいだあと風通しのよい所で陰干しします。



注意

付属品（マスク・回路など）の

お手入れをする際は、以下のことをお守りください。

- ・ベンジン、アルコール、塩素系洗剤は使用しない。
- ・日当りの良い場所で干さない。


5

フィルタの取り付け方法



ドリーム
ステーション

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。



ドリームステーションの取り扱い方法を解説した動画を公開しています

スマートフォン・タブレットから

各端末から右記の二次元コードを
読み取り動画へアクセス




パソコンから

フィリップス



検索

philips.co.jp のトップページ上部メニューにある「健康」
を開き「患者さま向け機器取り扱い資料」の下にある
「DreamFamily」をクリック




BiPAP A40システム
シルバーストリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。



トリロジー
トリロジー plusシリーズ

古いフィルタを取り除きます。
新しいフィルタに交換する際は
右図の順でセットします。



販売名: ドリームステーション Auto
販売名: BiPAP A40システム シルバーシリーズ
販売名: トリロジー
販売名: トリロジー 100 plus
販売名: トリロジー 200 plus
販売名: トリロジー O2 plus

製造販売承認番号: 30200BZX00299000
製造販売承認番号: 22600BZX00347000
製造販売承認番号: 22100BZX01080000
製造販売承認番号: 22600BZX00096000
製造販売承認番号: 22600BZX00100000
製造販売承認番号: 22600BZX00132000



CPAP装置をお使いの方

CPAPお客様コールセンター

よるは よいこきゅう

0120-48-4159

受付時間 7:00～22:00 年中無休 365日対応

販売名: アマラビュー フルフェイスマスク 一般医療機器
製造販売届出番号: 13B1X00221000107
販売名: アマラビュー SE フルフェイスマスク
製造販売届出番号: 13B1X002210001vvvvv14 一般医療機器

製造販売業者

株式会社フィリップス・ジャパン

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1

麻布台ヒルズ森JPタワー15階

www.philips.co.jp/healthcare

睡眠・呼吸製品のお問い合わせは地域の事業所まで
※各事業所の連絡先は以下のURLで公開しています
www.philips.co.jp/SRC-Office

人工呼吸器をお使いの方

昼間

地域事業所

受付時間 平日9:00～17:30

夜間休日

機器安全センター

0120-633-811

受付時間 平日17:30～翌9:00 土・日・祝祭日

改良などの理由により予告なしに意匠、仕様の一部を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳しくは担当営業、もしくはお近くの事業所までお問い合わせください。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

© 2025 Koninklijke Philips N.V. PN 1127418/250720 R12-FK

