

Desinfectantes y soluciones de limpieza para sistemas de ultrasonido y transductores

Contenido

1	Lea esto primero.....	5
	Comentarios de los clientes	8
	Servicio de asistencia al cliente.....	8
	Convenciones empleadas en la información para el usuario.....	9
2	Seguridad	11
	Advertencias y precauciones	11
	Exposición al glutaraldehído	15
3	Desinfectantes y soluciones de limpieza	17
	Desinfectantes y limpiadores para las superficies del sistema	17
	Pautas para los reprocesadores automáticos (AR)	20
	Pautas para desinfectores automáticos de transductores transesofágicos y desinfectores limpiadores automáticos	24
	Desinfectantes y soluciones de limpieza para transductores	28
	Compatibilidad de los desinfectantes por nombre de transductor	28
	Transductores enumerados por compatibilidad de los desinfectantes.....	34
	Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles.....	39

1 Lea esto primero

La información para el usuario del producto Philips describe la configuración más amplia del producto, con el número máximo de opciones y accesorios. Algunas funciones descritas pueden no estar disponibles en la configuración del producto.

Los transductores solo están disponibles en países o regiones donde está aprobado su uso. Para obtener información específica de su región, póngase en contacto con el representante local de Philips.

En este manual se enumeran los desinfectantes y soluciones de limpieza que son compatibles con los sistemas de ultrasonido y transductores Philips.

La información contenida en este manual es aplicable a los siguientes sistemas de ultrasonido:

- Serie 5000 Compact
- Serie Affiniti
- Serie ClearVue
- CX30
- CX50
- Serie EPIQ
- HD5
- HD6
- HD7
- Serie HD11
- HD15
- iE33
- iU22
- Lumify
- Sparq
- Xperius (distribuido por B. Braun)

Para obtener información sobre los sistemas de ultrasonido o transductores de Philips que no se mencionen específicamente en este documento, consulte la documentación para el usuario de su sistema, la cual contiene información específica del mismo y de los transductores.

Siga siempre las instrucciones del fabricante al utilizar desinfectantes y soluciones de limpieza.

Debido a la gran cantidad de productos de limpieza y de desinfección disponibles, es imposible compilar una lista exhaustiva. Si no está seguro que un producto específico sea adecuado, póngase en contacto con el representante de Philips para obtener ayuda.

Encontrará instrucciones sobre cómo limpiar y desinfectar los sistemas de ultrasonido y transductores en el documento *Cuidado y limpieza de los sistemas de ultrasonido y transductores* (disponible con la documentación de su sistema) o en el sitio web "Cuidado y limpieza de sistemas de ultrasonido de Philips":

www.philips.com/transducercare

Encontrará una lista de los transductores que son compatibles con su sistema en el *Manual del usuario* del mismo y en la *Actualización de la información para el usuario* (si corresponde), los cuales contienen información que es específica a su sistema y transductores.

Para obtener más información:

- En América del Norte, llame a Philips al 1-800-722-9377.
- Fuera de América del Norte, póngase en contacto con el representante local de Philips.
- Visite el sitio web "Cuidado y limpieza de los sistemas de ultrasonido Philips":

www.philips.com/transducercare

Este documento o el soporte digital y la información que contienen son propiedad e información confidencial de Philips y no pueden ser reproducidos, copiados en su totalidad o en parte, adaptados, modificados, divulgados a terceros ni distribuidos sin el permiso previo y por escrito del Departamento de Asesoría Jurídica de Philips. Este documento o el soporte digital se dirige a los clientes, los cuales reciben una licencia como parte de su adquisición del equipo de Philips, o bien procuran cumplir con las disposiciones reglamentarias que impone la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) del gobierno de los Estados Unidos bajo la norma 21 CFR 1020.30 (y enmiendas pertinentes), así como con otras exigencias reglamentarias locales. Se prohíbe estrictamente el uso de este documento por parte de personas no autorizadas.

Philips proporciona este documento sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita, incluyendo, pero sin limitarse a ellas, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito específico.

Philips ha procurado garantizar la exactitud de este documento. Sin embargo, Philips no se hace legalmente responsable de los posibles errores u omisiones y se reserva el derecho a introducir cambios sin previo aviso a cualquiera de los productos aquí mencionados para mejorar su fiabilidad, funcionamiento o diseño. En cualquier momento, Philips puede introducir mejoras o cambios en los productos o programas descritos en este documento.

Philips no formula declaración ni otorga garantía alguna al usuario ni a terceros en relación con la idoneidad de este documento para ningún propósito particular ni con respecto a su idoneidad para producir un resultado particular. El derecho del usuario a recuperar daños provocados por falta o negligencia de Philips se limitará a la cantidad pagada por el usuario a Philips para el suministro de este documento. En ningún caso se hará Philips legalmente responsable de daños especiales, colaterales, incidentales, indirectos ni consecuentes, pérdidas, costes, cargas, demandas ni reclamaciones por lucro cesante, pérdida de datos, honorarios ni gastos de ninguna naturaleza o clase.

La copia no autorizada de este documento, además de violar las leyes de los derechos de autos, podría reducir la capacidad de Philips para proporcionar información exacta y actual a los usuarios.

"Affiniti", "Affiniti CVx", "EPIQ", "EPIQ CVx", "EPIQ CVxi" "iE33", "iU22", "Lumify", "Sparq" y "xMATRIX" son marcas comerciales de Koninklijke Philips N.V.

"Xperius" es una marca comercial de propiedad conjunta de Koninklijke Philips N.V. y B. Braun Melsungen AG.

Los nombres de productos que no pertenecen a Philips pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares de derecho.

Comentarios de los clientes

Si tiene preguntas sobre la información para el usuario o si descubre un error en la misma, en los EE. UU. llame a Philips al 1-800-722-9377. Fuera de los EE. UU., llame a su representante local de servicio de asistencia al cliente. También puede enviar correo electrónico a la siguiente dirección:

techcomm.ultrasound@philips.com

Servicio de asistencia al cliente

Nuestros representantes de servicio al cliente están disponibles en todo el mundo para responder a sus preguntas y proporcionar servicios de mantenimiento y reparación. Cuando necesite asistencia, póngase en contacto con el representante local de Philips. También puede ponerse en contacto con la siguiente oficina para que lo remitan a un representante de asistencia al cliente, o bien puede visitar el siguiente sitio web "Contact Us":

www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd

Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA
800-722-9377

El portal de servicios de asistencia al cliente de Philips proporciona una plataforma en línea que ayuda a gestionar sus productos y servicios de Philips en todas las modalidades:

<https://www.philips.com/customer-services-portal>

Convenciones empleadas en la información para el usuario

En la información para el usuario de su producto de Philips se siguen ciertas convenciones tipográficas que facilitan localizar y comprender la información:

- Todos los procedimientos aparecen en una secuencia numérica y los subprocedimientos en una secuencia alfabética. Para garantizar resultados satisfactorios, los pasos se deben ejecutar en la secuencia en que se presentan.
- Las listas de puntos contienen información general acerca de una función o un procedimiento en particular. No implican un procedimiento secuencial.
- El lado izquierdo del sistema es el que queda a la izquierda cuando el usuario mira el sistema de frente. La parte delantera del sistema es la que queda más cerca del usuario mientras lo utiliza.
- Se denominan transductores tanto los transductores propiamente dichos como los transductores de lápiz, a menos que diferenciar entre ellos sea importante para la comprensión del texto.

La información esencial para el uso seguro y eficaz del producto aparece a lo largo de la información para el usuario presentada de esta manera:



ADVERTENCIA

Las advertencias resaltan información imprescindible para la seguridad del paciente y del operador.



PRECAUCIÓN

Las precauciones resaltan las maneras en que el usuario podría dañar el producto y, por consiguiente, anular su garantía o contrato de servicio técnico, o podrían perderse datos del paciente o del sistema.

NOTA

Las notas llaman la atención a información importante que le ayudará a utilizar el producto con más eficacia.

2 Seguridad

Lea la información incluida en esta sección para garantizar la seguridad de todas las personas que utilizan y prestan mantenimiento a los equipos de ultrasonido, así como la de todos los pacientes que participan en exámenes, y asegurar la calidad del sistema y de sus accesorios.

Advertencias y precauciones

Para mayor seguridad al utilizar los limpiadores y desinfectantes, observe las siguientes advertencias y precauciones:



ADVERTENCIA

No todos los desinfectantes son eficaces contra todos los tipos de contaminación. Asegúrese de que el tipo de desinfectante sea adecuado para el sistema o transductor especificado y que la dilución de la solución y el tiempo de contacto sean apropiados para el uso clínico previsto.



ADVERTENCIA

Los desinfectantes se recomiendan por su compatibilidad química con los materiales del producto, y no por su eficacia biológica. Para averiguar la eficacia biológica de un desinfectante, consulte las pautas y recomendaciones del fabricante del desinfectante, la Administración de Alimentos y Fármacos del gobierno de EE. UU., los Centros para el Control de Enfermedades del gobierno de EE. UU. o el organismo regulador nacional.



ADVERTENCIA

Si se utiliza una solución premezclada, asegúrese de acatar la fecha de vencimiento de la solución.

**ADVERTENCIA**

El tipo de tejido con el cual un dispositivo entrará en contacto durante el uso y el tipo de transductor empleado determinan el nivel de desinfección requerido. Asegúrese de que el tipo de desinfectante sea adecuado para el tipo de transductor y el uso clínico previsto del transductor. Encontrará información sobre los requisitos de los distintos niveles de desinfección en el documento *Cuidado y limpieza de los sistemas de ultrasonido y transductores*. Consulte también las instrucciones proporcionadas en la etiqueta del desinfectante y las recomendaciones de la Asociación de Especialistas en el Control de Infecciones, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, las declaraciones oficiales del AIUM (Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina, American Institute of Ultrasound in Medicine): "Guidelines for Cleaning and Preparing External- and Internal-Use Ultrasound Transducers and Equipment Between Patients as well as Safe Handling and Use of Ultrasound Coupling Gel", y los Centros para el Control de Enfermedades del gobierno de EE. UU.

**ADVERTENCIA**

Siga las recomendaciones del fabricante del limpiador o desinfectante.

**ADVERTENCIA**

Utilice siempre gafas protectoras y guantes al limpiar, desinfectar o esterilizar cualquier equipo.

**PRECAUCIÓN**

Si utiliza desinfectantes no recomendados o soluciones de concentración incorrecta, o si sumerge el transductor a mayor profundidad o durante más tiempo que lo recomendado, el transductor puede dañarse o descolorarse; estas acciones anularán la garantía.

**PRECAUCIÓN**

En todos los transductores debe limitarse el uso de alcohol isopropílico, alcohol etílico desnaturalizado y productos basados en alcohol. En transductores con conectores USB, las únicas partes que se pueden limpiar con alcohol son el alojamiento del transductor y de la lente (ventana acústica). En los transductores no transesofágicos, las únicas partes que se pueden limpiar con alcohol son el alojamiento del conector, así como el alojamiento y la lente del transductor. En los transductores transesofágicos, las únicas partes que se pueden limpiar con alcohol son el alojamiento del conector y el alojamiento de los controles. Asegúrese de que la concentración de la solución no supere el 91 % en el caso de alcohol isopropílico o el 85 % en el caso de alcohol etílico desnaturalizado. No limpie ninguna otra parte de un transductor con alcohol (incluidos los cables, los conectores USB o los dispositivos de alivio de tensión), ya que puede dañar dichas partes. Ni la garantía ni el contrato de servicio técnico cubren ese tipo de daños.

**PRECAUCIÓN**

Algunos productos de limpieza y desinfectantes podrían causar la decoloración si los restos de desinfectante y gel no se eliminan completamente después de cada uso. Elimine siempre el gel completamente antes de utilizar limpiadores y desinfectantes. Si resulta necesario, se puede utilizar alcohol isopropílico al 70 %, donde su uso sea compatible, para eliminar la acumulación de residuos en los componentes del sistema. Si resulta necesario, se pueden utilizar soluciones de alcohol isopropílico al 91 % o menos, o de alcohol etílico desnaturalizado al 85 % o menos, donde su uso sea compatible, para eliminar la acumulación de residuos en algunos componentes del transductor.

**PRECAUCIÓN**

No aplique películas adhesivas, como Tegaderm, a la lente del transductor. La aplicación de dichas películas adhesivas puede dañar la lente.

**PRECAUCIÓN**

En las pantallas del monitor, no utilice limpiadores de cristal, aerosol Dispatch ni productos que contengan lejía. El uso repetido de dichos limpiadores o productos puede dañar la superficie de la pantalla del monitor. Quite inmediatamente con un paño los desinfectantes o limpiadores aprobados para impedir la acumulación de residuos. Utilice limpiadores diseñados específicamente para limpiar pantallas LCD u OLED.

**PRECAUCIÓN**

En la pantalla táctil, no utilice el aerosol Dispatch ni productos que contengan lejía o alcohol. El uso repetido de dichos limpiadores o productos puede dañar la superficie de la pantalla táctil. Quite inmediatamente con un paño los desinfectantes o limpiadores aprobados para impedir la acumulación de residuos.

**PRECAUCIÓN**

Es obligatorio el uso de la cubierta protectora del pin del conector durante todo el proceso de descontaminación de los transductores transesofágicos. Para realizar una exploración con un transductor, retire la cubierta del conector. Siempre mantenga la cubierta conectada al cable del transductor que está al lado de la cuerda.

**PRECAUCIÓN**

Cuando remoje un transductor en líquido, siempre asegúrese de que no haya burbujas de aire visibles. Las burbujas de aire impiden el contacto total entre la solución y el transductor y pueden dificultar el proceso de limpieza, desinfección o esterilización.

Exposición al glutaraldehído

La Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estados Unidos (OSHA) ha dado a conocer un reglamento que define los niveles de exposición al glutaraldehído que se consideran aceptables en los ambientes laborales. Philips no vende desinfectantes basados en glutaraldehído con sus productos.

Para reducir la presencia de emanaciones de glutaraldehído en el aire, asegúrese de utilizar una palangana de inmersión con tapa o ventilada. Es posible adquirir esos sistemas. La información más actualizada sobre los productos de desinfección y los transductores Philips puede encontrarse en el sitio web "Cuidado y limpieza de los sistemas de ultrasonido Philips":

www.philips.com/transducercare

3 Desinfectantes y soluciones de limpieza

En los siguientes temas se enumeran los desinfectantes y soluciones de limpieza que son compatibles con su sistema de ultrasonido y transductores Philips.

Desinfectantes y limpiadores para las superficies del sistema

Sistemas Lumify

Le corresponde a usted limpiar y desinfectar adecuadamente su dispositivo de acuerdo con las instrucciones del fabricante del dispositivo y con las políticas de su institución relacionadas con la limpieza y desinfección de dispositivos médicos.

Encontrará información sobre cómo limpiar los componentes del sistema Lumify de Philips en la documentación para el usuario de Lumify.



ADVERTENCIA

Si el dispositivo móvil compatible con Lumify queda contaminado en su interior con fluidos corporales que llevan patógenos, se deberá informar inmediatamente al representante del servicio técnico de Philips. No se pueden desinfectar los componentes internos del dispositivo. En tal caso, es necesario desechar el dispositivo como material de peligro biológico según lo ordenen las leyes locales o federales.

Todos los sistemas excepto Lumify

La compatibilidad de los desinfectantes y limpiadores varía según el componente o dispositivo en el que se utilicen. Los productos en la siguiente tabla son compatibles para estas superficies del sistema:

- Cables troncales, derivaciones y electrodos de ECG

- Superficies externas de plástico y pintadas del sistema y de la plataforma rodante
- Panel de control del sistema
- Pantallas del monitor y pantallas táctiles
- Portacables de transductor de enganche fácil

Soluciones de limpieza para todas las superficies	Soluciones de limpieza para las pantallas del monitor y las pantallas táctiles	Desinfectantes para las superficies del sistema y las pantallas táctiles
Solución suave de jabón ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Solución suave de jabón¹ • Limpiadores diseñados para pantallas LCD u OLED • Agua purificada 	<ul style="list-style-type: none"> • Alcohol isopropílico al 70 % (no está aprobado para su uso en pantallas táctiles) • Opti-Cide3 (con base de amoníaco cuaternario/ alcohol isopropílico) • Oxivir Tb (con base de peróxido de hidrógeno acelerado) • Aerosol o toallitas Protex compatibles con: <ul style="list-style-type: none"> – Sistemas de la serie 5000 Compact – Sistemas de la serie Affiniti – Sistemas de la serie EPIQ – Sistema Xperius • Sani-Cloth HB (con base de amoníaco cuaternario) • Sani-Cloth Plus (con base de amoníaco cuaternario/ alcohol isopropílico) • PI-Spray II (con base de amoníaco cuaternario)

1. Las soluciones suaves de jabón no contienen ingredientes perjudiciales y no irritan la piel. No deben contener ningún tipo de fragancia, aceite o alcohol. Los desinfectantes de manos no están aprobados para su uso.



PRECAUCIÓN

No utilice limpiadores abrasivos ni acetona, MEK (Metiletilcetona, Methyl Ethyl Ketone), diluyentes de pintura u otros solventes fuertes en el sistema, los periféricos o los transductores.



PRECAUCIÓN

No utilice Sani-Cloth AF3 ni Super Sani-Cloth para desinfectar el sistema.



PRECAUCIÓN

No derrame ni rocíe líquido en las juntas, los puertos o los enchufes para transductores del sistema.



PRECAUCIÓN

En las pantallas del monitor y las pantallas táctiles, utilice un paño de microfibra; no utilice toallas de papel.



PRECAUCIÓN

En las pantallas del monitor, no utilice limpiadores de cristal, aerosol Dispatch ni productos que contengan lejía. El uso repetido de dichos limpiadores o productos puede dañar la superficie de la pantalla del monitor. Quite inmediatamente con un paño los desinfectantes o limpiadores aprobados para impedir la acumulación de residuos. Utilice limpiadores diseñados específicamente para limpiar pantallas LCD u OLED.

**PRECAUCIÓN**

En la pantalla táctil, no utilice el aerosol Dispatch ni productos que contengan lejía o alcohol. El uso repetido de dichos limpiadores o productos puede dañar la superficie de la pantalla táctil. Quite inmediatamente con un paño los desinfectantes o limpiadores aprobados para impedir la acumulación de residuos.

**PRECAUCIÓN**

Las superficies del sistema y los transductores son resistentes al gel de transmisión ultrasónica, al alcohol y a los desinfectantes, pero si utiliza esas sustancias, debe quitarlas con un paño para impedir daños permanentes.

Encontrará instrucciones sobre cómo limpiar y desinfectar los sistemas de ultrasonido y transductores en el documento *Cuidado y limpieza de los sistemas de ultrasonido y transductores* o en el sitio web "Cuidado y limpieza de sistemas de ultrasonido de Philips": www.philips.com/transducercare

Pautas para los reprocesadores automáticos (AR)

Únicamente ciertos transductores son compatibles con un reprocesador automático (AR) y el AR solamente puede hacer uso de soluciones o condiciones de procesamiento específicas.

Los transductores de Philips se pueden reprocesar en un AR si se cumplen los siguientes criterios:

- Todos los productos químicos y condiciones de procesamiento deben ser compatibles con el modelo de transductor específico de Philips que se va a reprocesar y deben utilizarse según las condiciones recomendadas por el fabricante del AR.
- La temperatura utilizada durante el procesamiento no debe exceder de 56 °C (133 °F).

- Excepto cuando se utiliza el sistema STERRAD 100S, el conector del transductor debe aislarse de la solución de limpieza o desinfectante durante todo el reprocesamiento. Esto limita el riesgo de salpicaduras en la empuñadura o el conector.

A continuación, aparecen ejemplos de AR que cumplen con los requisitos de reprocesamiento de transductores no transesofágicos específicos de Philips. Estos AR, o bien están diseñados específicamente para el reprocesamiento de transductores específicos, o bien proporcionan accesorios de acoplamiento que son compatibles con dicho proceso.

NOTA

Además de los AR enumerados en la siguiente tabla, si un AR cumple con los criterios en la lista anterior, está aprobado también para su uso.

Ejemplos: AR compatibles con los transductores no transesofágicos de Philips

Fabricante	País de origen	Modelo	Tipo de transductor	Desinfectantes o métodos compatibles	Condiciones de procesamiento
Advanced Sterilization Products	US	STERRAD 100S	L10-4lap	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	50 °C (122 °F)

Fabricante	País de origen	Modelo	Tipo de transductor	Desinfectantes o métodos compatibles	Condiciones de procesamiento
CIVCO Medical Solutions	US	Astra VR	Endocavitario ¹	Cidex OPA, Revital-Ox RESERT, MetriCide OPA Plus, UltrOx	20 a 25 °C (68 a 77 °F)
		Astra VR Ultra	Endocavitario ¹	Cidex OPA, MetriCide OPA Plus, Revital-Ox RESERT, UltrOx	20 a 25 °C (68 a 77 °F)
CS Medical	US	Ethos Reprocessor	Múltiples ²	Aquacide	47 °C (116.6 °F)
Germitec	FR	Antigermix S1	Múltiples ³	UV-C	Temperatura ambiente
		Hypernova Chronos	Múltiples ³	UV-C	Temperatura ambiente
Lumicare ONE	AU	Lumicare ONE	Múltiples ⁴	UV-C	Temperatura ambiente
Medivators	US	ADVANTAGE PLUS (tenga en cuenta que es obligatorio que use un kit de acoplamiento de sondas ultrasónicas opcional)	Múltiples ⁵	RAPICIDE PA Single Shot	30 °C (86 °F)

Fabricante	País de origen	Modelo	Tipo de transductor	Desinfectantes o métodos compatibles	Condiciones de procesamiento
Nanosonics	AU	Trophon EPR trophon2	Múltiples ⁶	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	56 °C (133 °F)

1. Para ver los transductores transvaginales y transrectales compatibles, consulte Astra VR o Astra VR Ultra en [“Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles” en la página 39](#) y después utilice el número de columna de compatibilidad para referirse a la lista apropiada en [“Transductores enumerados por compatibilidad de los desinfectantes” en la página 34](#).
2. Para ver los transductores compatibles, consulte Aquacide tal como se utiliza en el modelo Ethos Reprocessor en [“Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles” en la página 39](#) y después utilice el número de columna de compatibilidad para referirse a la lista apropiada en [“Transductores enumerados por compatibilidad de los desinfectantes” en la página 34](#).
3. Para ver los transductores compatibles, consulte Antigermix S1 o Hypernova Chronos en [“Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles” en la página 39](#) y después utilice el número de columna de compatibilidad para referirse a la lista apropiada en [“Transductores enumerados por compatibilidad de los desinfectantes” en la página 34](#).
4. Para ver los transductores compatibles, consulte Lumicare ONE en [“Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles” en la página 39](#) y después utilice el número de columna de compatibilidad para referirse a la lista apropiada en [“Transductores enumerados por compatibilidad de los desinfectantes” en la página 34](#).
5. Para ver los transductores compatibles, consulte Advantage Plus (tenga en cuenta que es obligatorio usar el kit de acoplamiento de sondas ultrasónicas opcional) en [“Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles” en la página 39](#) y después utilice el número de columna de compatibilidad para referirse a la lista apropiada en [“Transductores enumerados por compatibilidad de los desinfectantes” en la página 34](#).

6. Para ver los transductores compatibles, consulte trophon EPR y trophon2 en [“Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles” en la página 39](#) y después utilice el número de columna de compatibilidad para referirse a la lista apropiada en [“Transductores enumerados por compatibilidad de los desinfectantes” en la página 34](#).

Pautas para desinfectores automáticos de transductores transesofágicos y desinfectores limpiadores automáticos

Únicamente ciertos transductores son compatibles con un desinfectador automático de transductores transesofágicos o un desinfectador limpiador automático de transductores transesofágicos, y el dispositivo automático solamente puede utilizar soluciones específicas.

Los transductores transesofágicos de Philips se pueden reprocesar en un desinfectador automático de transductores transesofágicos o en un desinfectador limpiador automático de transductores transesofágicos si se cumplen los siguientes criterios:

- Todos los productos químicos y condiciones de procesamiento utilizados deben ser compatibles con el modelo de transductor transesofágico específico de Philips que se va a reprocesar, y deben emplearse según las condiciones recomendadas por el fabricante del reprocesador.
- La temperatura utilizada durante el reprocesamiento no debe exceder de 45 °C (113 °F).
- El empuñadura y el conector del transductor transesofágico, incluidos los soportes de la empuñadura y los mecanismos de sellado, deben aislarse de la solución de limpieza o desinfectante durante todo el reprocesamiento. Esto limita el riesgo de salpicaduras en la empuñadura o el conector.
- Está prohibido el uso de barreras protectoras o dispositivos diseñados para aislar la empuñadura y el conector a fin de permitir que todo el transductor se sumerja en la solución desinfectante o se exponga a la misma mientras se utiliza un reprocesador.
- No se pueden utilizar métodos de secado por calentamiento.

En la siguiente tabla aparecen ejemplos de reprocesadores que cumplen con los requisitos de reprocesamiento para los transductores transesofágicos de Philips. Estos reprocesadores, o bien están diseñados específicamente para el reprocesamiento de transductores transesofágicos, o bien proporcionan accesorios de acoplamiento que son compatibles con dicho proceso.



PRECAUCIÓN

Es obligatorio el uso de la cubierta protectora del pin del conector durante todo el proceso de descontaminación de los transductores transesofágicos. Para realizar una exploración con un transductor, retire la cubierta del conector. Siempre mantenga la cubierta conectada al cable del transductor que está al lado de la cuerda.

NOTA

Además de los reprocesadores enumerados en la siguiente table, está aprobado el uso de otros desinfectores automáticos de transductores transesofágicos o desinfectores limpiadores automáticos de transductores transesofágicos que cuenten con autorización de la FDA o la indicada mediante el marcado CE para su uso con transductores transesofágicos y que cumplan con los criterios en la lista anterior.

Ejemplos: Reprocesadores compatibles con los transductores transesofágicos de Philips

Fabricante	País de origen	Modelo	Tipo de transductor	Desinfectantes o métodos compatibles	Condiciones de procesamiento
CIVCO Medical Solutions	US	ETE Astra	ETE	Cidex OPA, MetriCide OPA Plus, Revital-Ox RESERT, UltrOx	20 a 25 °C (68 a 77 °F)
		Astra TEE Ultra	ETE	Cidex OPA, MetriCide OPA Plus, Revital-Ox RESERT, UltrOx	20 a 25 °C (68 a 77 °F)
CS Medical	US	Reprocesador TD-100	ETE	TD-5 HLD, TD-8 HLD	38 a 40 °C (100,4 a 104 °F)
		Reprocesador TD-200	ETE	TD-12 HLD	38 °C (100,4 °F)
		Reprocesador TEEClean	ETE	TD-5 HLD, TD-8 HLD, Limpiador TEEZyme	38 a 40 °C (100,4 a 104 °F)
Germitec	FR	Antigermix E1	ETE	UV-C	Temperatura ambiente

Fabricante	País de origen	Modelo	Tipo de transductor	Desinfectantes o métodos compatibles	Condiciones de procesamiento
Medivators	US	ADVANTAGE PLUS (tenga en cuenta que es obligatorio que use el kit de acoplamiento de sondas transesofágicas opcional)	ETE	RAPICIDE PA Single Shot	30 °C (86 °F)
		DSD-201 (tenga en cuenta que es obligatorio que use un kit Bridge opcional)	ETE	RAPICIDE Glut, RAPICIDE PA, RAPICIDE OPA/ 28	30 °C (86 °F)
		DSD EDGE (tenga en cuenta que es obligatorio que use un kit Bridge opcional)	ETE	RAPICIDE PA Single Shot	30 °C (86 °F)
Soluscope	FR	Serie ETE	ETE	Soluscope P/ Soluscope A, Proxy P/Proxy A	40 °C (104 °F)

Encontrará instrucciones sobre cómo limpiar y desinfectar los transductores transesofágicos con desinfectores automáticos de transductores transesofágicos o desinfectores limpiadores automáticos de transductores transesofágicos en el documento *Cuidado y limpieza de los sistemas de ultrasonido y transductores*.

Desinfectantes y soluciones de limpieza para transductores

Esta sección incluye tres tablas que permiten encontrar los desinfectantes y soluciones de limpieza que están disponibles para los transductores.

- **“Compatibilidad de los desinfectantes por nombre de transductor” en la página 28:** Enumera los transductores en orden alfabético, con referencias a los desinfectantes y soluciones de limpieza que son compatibles con los mismos. Busque su transductor en la columna Nombre del transductor y después mire la referencia en Columna Compatibilidad para identificar la columna Compatibilidad adecuada de **“Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles” en la página 39.**
- **“Transductores enumerados por compatibilidad de los desinfectantes” en la página 34:** Organiza los transductores por la correspondiente columna Compatibilidad de **“Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles” en la página 39.** Utilice esta tabla para saber en un vistazo rápido qué transductores corresponden a las columnas Compatibilidad numeradas.
- **“Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles” en la página 39:** Enumera los desinfectantes y soluciones de limpieza que son compatibles con los transductores Philips. Las columnas Compatibilidad numeradas indican la compatibilidad de los desinfectantes y soluciones de limpieza con los correspondientes transductores. Utilice cualquiera de las dos tablas de transductores para determinar qué columna Compatibilidad se aplique a su transductor.

Compatibilidad de los desinfectantes por nombre de transductor

En esta tabla se enumeran los transductores en orden alfabético, con referencias a los desinfectantes y soluciones de limpieza que son compatibles con los mismos. Busque su transductor (y sistema, si está indicado) en la columna Nombre del transductor y después mire la referencia en Columna Compatibilidad para identificar la columna Compatibilidad aplicable de **“Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles” en la página 39.** Si no se indica un sistema, quiere decir que todas las versiones del transductor utilizan la misma columna Compatibilidad.

Encontrará una lista de los transductores compatibles con su sistema en el *Manual del usuario* del mismo y en la *Actualización de la información para el usuario*, si corresponde.

Referencias de compatibilidad por nombre de transductor

Nombre del transductor (nombre del sistema)	Columna Compatibilidad
Lápiz CW de 1,9 MHz	3
Doppler TC de 1,9 MHz	3
3D6-2	1
3D8-4	1
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)	1
3D9-3v (5000 Compact, Affiniti, ClearVue, EPIQ)	2
Lápiz CW de 5,0 MHz	3
Endo de 7,5 MHz	1
BP10-5ec	2
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)	1
C5-1 (5000 Compact, Affiniti, EPIQ, Sparq)	2
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)	1
C5-2 (ClearVue)	2
C5-2 (Lumify, Xperius)	8
C6-2 Compact (CX30, Sparq)	1
C6-2 Compact (5000 Compact, Affiniti)	2
C6-3	1
C8-4v	1 o 2 [†]
C8-5	1

Nombre del transductor (nombre del sistema)	Columna Compatibilidad
C8-5 Compact (CX30, CX50)	1
C8-5 Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)	2
C9-2	2
C9-3io	7
C9-3v	2
C9-4	1
C9-4ec (EnVisor, HD3, HD7, HD9)	1
C9-4v	2
C9-4v Compact	2
C9-5ec	1
C10-3v	2
C10-4ec	2
D2cwc	3
D2tcd	3
D5cwc	3
eL18-4	2
eL18-4 EMT	2
L8-4	1
L9-3	1
L10-4lap	6
L11-3	1
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)	1

Nombre del transductor (nombre del sistema)	Columna Compatibilidad
L12-3 (5000 Compact, Affiniti, CX50, EPIQ)	2
L12-3ERGO	2
L12-4 (ClearVue)	2
L12-4 (Lumify, Xperius)	8
L12-4 Compact (CX30, Sparq)	1
L12-4 Compact (5000 Compact, Affiniti)	2
L12-5 de 38 mm	1
L12-5 Compact de 50 mm (CX50, Sparq)	1
L12-5 Compact de 50 mm (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)	2
L12-5 de 50 mm	1
L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22)	1 o 2 †
L15-7io (5000 Compact, Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq)	2
L17-5	1
L18-5	2
mC7-2	2
mC12-3	2
mL26-8	2
OMNI III ETE	5
S3-1	1
S4-1 (iU22)	1
S4-1 (ClearVue)	2
S4-1 (Lumify)	8

Nombre del transductor (nombre del sistema)	Columna Compatibilidad
S4-2	1
S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq)	1
S4-2 Compact (5000 Compact, Affiniti)	2
S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq)	1
S5-1 (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)	2
S5-2	1
S6-2mpt	5
S7-2t	5
S7-3t	4
S8	1
S8-3	1
S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)	1
S8-3 Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)	2
S8-3t	4
S9-2	2
S12	1
S12-4	1
S12-4 Compact (CX50)	1
S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
Doppler TC	3
V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)	1
V6-2 (5000 Compact, Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)	2

Nombre del transductor (nombre del sistema)	Columna Compatibilidad
V9-2	2
V8-4	1
VL13-5	1
VL13-5 Compact	2
X3-1	1
X5-1 (iE33)	1
X5-1 (Affiniti, EPIQ)	2
X5-1c	2
X6-1	2
X7-2 (iE33, iU22)	1
X7-2 (EPIQ)	2
X7-2t	5
X8-2t	5
X11-4t	5
XL14-3	2

Notas al pie

†	<p>Utilice la columna Compatibilidad 2 para los modelos C8-4v con los siguientes números de referencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de referencia 45356117292x, donde x es 3 o superior • Número de referencia 45356128750x, donde x es 2 o superior • Número de referencia 45356131895x, donde x es 1 o superior • Número de referencia 45356149748x, donde x es 1 o superior • Número de referencia 45356149749x, donde x es 1 o superior • Número de referencia 45356168452x, donde x es 1 o superior <p>Utilice la columna Compatibilidad 1 para los modelos C8-4v con otros números de referencia.</p> <p>Para encontrar el número de referencia, mire el interior del alojamiento del conector.</p>
‡	<p>Utilice la columna Compatibilidad 2 para los modelos L15-7io con los siguientes números de referencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de referencia 45356140781x, donde x es 1 o superior • Número de referencia 45356141827x, donde x es 1 o superior <p>Utilice la columna Compatibilidad 1 para los modelos L15-7io con otros números de referencia.</p> <p>Para encontrar el número de referencia, mire el interior del alojamiento del conector.</p>

Transductores enumerados por compatibilidad de los desinfectantes

Esta tabla organiza los transductores por la correspondiente columna Compatibilidad de “[Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles](#)” en la [página 39](#). Los colores de las cabeceras de las columnas corresponden también al color la columna Compatibilidad. Si no se indica un sistema, quiere decir que todas las versiones del transductor utilizan la misma columna Compatibilidad.

Encontrará una lista de los transductores compatibles con su sistema en el *Manual del usuario* del mismo y en la *Actualización de la información para el usuario*, si corresponde.

Transductores enumerados por compatibilidad de los desinfectantes

Transductores (nombres de sistema) abarcados por la columna Compatibilidad 1	
3D6-2	L12-5 de 50 mm
3D8-4	L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) ²
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)	L17-5
Endo de 7,5 MHz	S3-1
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)	S4-1 (iU22)
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)	S4-2
C6-2 Compact (CX30, Sparq)	S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq)
C6-3	S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq)
C8-4v ¹	S5-2
C8-5	S8
C8-5 Compact (CX30, CX50)	S8-3
C9-4	S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)
C9-4ec (EnVisor, HD3, HD7, HD9)	S12
C9-5ec	S12-4
L8-4	S12-4 Compact (CX50)
L9-3	V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)
L11-3	V8-4
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)	VL13-5
L12-4 Compact (CX30, Sparq)	X3-1

L12-5 de 38 mm	X5-1 (iE33)
L12-5 Compact de 50 mm (CX50, Sparq)	X7-2 (iE33, iU22)
Transductores (nombres de sistema) abarcados por la columna Compatibilidad 2	
3D9-3v (5000 Compact, Affiniti, ClearVue, EPIQ)	L15-7io (5000 Compact, Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq)
BP10-5ec	L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) ²
C5-1 (5000 Compact, Affiniti, EPIQ, Sparq)	L18-5
C5-2 (ClearVue)	mC7-2
C6-2 Compact (5000 Compact, Affiniti)	mC12-3
C8-4v ¹	mL26-8
C8-5 Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)	S4-2 Compact (5000 Compact, Affiniti)
C9-2	S5-1 (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)
C9-3v	S8-3 Compact (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)
C9-4v	S9-2
C9-4v Compact	S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)
C10-3v	V6-2 (5000 Compact, Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)
C10-4ec	V9-2
eL18-4	VL13-5 Compact
eL18-4 EMT	X5-1 (Affiniti, EPIQ)
L12-3 (5000 Compact, Affiniti, CX50, EPIQ)	X5-1c
L12-3ERGO	X6-1
L12-4 (ClearVue)	X7-2 (EPIQ)
L12-4 Compact (5000 Compact, Affiniti)	XL14-3

L12-5 Compact de 50 mm (5000 Compact, Affiniti, EPIQ)

Transductores abarcados por la columna Compatibilidad 3

Lápiz CW de 1,9 MHz

Doppler TC de 1,9 MHz

Lápiz CW de 5,0 MHz

D2cwc

D2tcd

D5cwc

Doppler TC

Transductores abarcados por la columna Compatibilidad 4

S7-3t

S8-3t

Transductores abarcados por la columna Compatibilidad 5

OMNI III ETE

S6-2mpt

S7-2t

X7-2t

X8-2t

X11-4t

Transductores abarcados por la columna Compatibilidad 6

L10-4lap

Transductores abarcados por la columna Compatibilidad 7

C9-3io

Transductores abarcados por la columna Compatibilidad 8

C5-2 (Lumify, Xperius)

L12-4 (Lumify, Xperius)

S4-1 (Lumify)

Notas al pie

1 Utilice la columna Compatibilidad 2 para los modelos C8-4v con los siguientes números de referencia:

- Número de referencia 45356117292x, donde x es 3 o superior
- Número de referencia 45356128750x, donde x es 2 o superior
- Número de referencia 45356131895x, donde x es 1 o superior
- Número de referencia 45356149748x, donde x es 1 o superior
- Número de referencia 45356149749x, donde x es 1 o superior
- Número de referencia 45356168452x, donde x es 1 o superior

Utilice la columna Compatibilidad 1 para los modelos C8-4v con otros números de referencia.

Para encontrar el número de referencia, mire el interior del alojamiento del conector.

2 Utilice la columna Compatibilidad 2 para los modelos L15-7io con los siguientes números de referencia:

- Número de referencia 45356140781x, donde x es 1 o superior
- Número de referencia 45356141827x, donde x es 1 o superior

Utilice la columna Compatibilidad 1 para los modelos L15-7io con otros números de referencia.

Para encontrar el número de referencia, mire el interior del alojamiento del conector.

Desinfectantes y soluciones de limpieza compatibles

En la siguiente tabla se enumeran los desinfectantes y soluciones de limpieza que son compatibles con los transductores disponibles para sus sistemas de ultrasonido Philips. Utilice las tablas incluidas en las secciones [“Transductores enumerados por compatibilidad de los desinfectantes” en la página 34](#) o [“Compatibilidad de los desinfectantes por nombre de transductor” en la página 28](#) para encontrar su transductor y su correspondiente columna Compatibilidad.



PRECAUCIÓN

En todos los transductores debe limitarse el uso de alcohol isopropílico, alcohol etílico desnaturalizado y productos basados en alcohol. En transductores con conectores USB, las únicas partes que se pueden limpiar con alcohol son el alojamiento del transductor y de la lente (ventana acústica). En los transductores no transesofágicos, las únicas partes que se pueden limpiar con alcohol son el alojamiento del conector, así como el alojamiento y la lente del transductor. En los transductores transesofágicos, las únicas partes que se pueden limpiar con alcohol son el alojamiento del conector y el alojamiento de los controles. Asegúrese de que la concentración de la solución no supere el 91 % en el caso de alcohol isopropílico o el 85 % en el caso de alcohol etílico desnaturalizado. No limpie ninguna otra parte de un transductor con alcohol (incluidos los cables, los conectores USB o los dispositivos de alivio de tensión), ya que puede dañar dichas partes. Ni la garantía ni el contrato de servicio técnico cubren ese tipo de daños.

Según las pruebas de compatibilidad de los distintos materiales, los perfiles de uso de los productos y los ingredientes activos, Philips ha aprobado genéricamente el uso de los siguientes tipos de desinfectantes de *bajo nivel* y de *nivel intermedio* en aplicaciones de aerosol o de frotación para transductores de superficie (contacto con la piel) y transvaginales o transrectales, según las restricciones de compatibilidad en la tabla de desinfectantes.



PRECAUCIÓN

Philips no ha aprobado de forma genérica el uso de las siguientes soluciones en los transductores transesofágicos o laparoscópicos.


- Con base de hipoclorito sódico (por ejemplo, solución de lejía al 10 % para uso doméstico con hipoclorito sódico activo al 0,6 %, aproximadamente)
- Con base de amoníaco cuaternario (QUAT) (por ejemplo, productos que contienen solución de cloruro de amonio de xbenilo n-alquilo, donde x puede ser cualquier grupo funcional orgánico como etil y metil, etc.; la concentración total para el uso debe ser inferior al 0,8 % para todos los QUAT enumerados)
- Con base de peróxido de hidrógeno acelerado (peróxido de hidrógeno al 0,5 %, máximo)
- Con base de alcohol o alcohol y amoníaco cuaternario (QUAT) (el contenido del producto de alcohol no puede exceder de 91 % de alcohol isopropílico o de 85 % de alcohol etílico desnaturalizado)
- Productos no enumerados específicamente en la tabla de compatibilidad, pero con ingredientes activos similares, como se indica en esta lista, y comercializados para uso médico

Siga siempre las instrucciones del fabricante al utilizar desinfectantes y soluciones de limpieza.

Debido a la gran cantidad de productos de limpieza y de desinfección disponibles, es imposible compilar una lista exhaustiva. Si no está seguro que un producto específico sea adecuado, póngase en contacto con el representante de Philips para obtener ayuda.

Leyenda de la tabla de desinfectantes y soluciones de limpieza


País o región de origen	Tipo de desinfectante	Compatibilidad
AU = Australia	CL = limpiador	C = aprobado para uso en el cable y conector (nunca sumerja o ponga a remojo un conector); se indican excepciones en las que no está aprobado para el conector
CA = Canadá	HLD = desinfectante de alto nivel	
DE = Alemania	ILD = desinfectante de nivel intermedio	
ES = España	LLD = desinfectante de bajo nivel	H = aprobado para uso en la empuñadura y el alojamiento de la empuñadura
EU = Europa	S = esterilizante	N = uso no aprobado
FR = Francia		T = aprobado para uso en el transductor
JP = Japón		
UK = Reino Unido		
US = Estados Unidos		



Componentes de un transductor no transesofágico


1 C (cable y conector)

2 T (transductor)



Transductores no transesofágicos (conexión USB)

- 1 C (cable y conector)
- 2 T (transductor)



Componentes de un transductor transesofágico

- 1 C (cable, conector y dispositivos de alivio de tensión)
- 2 H (empuñadura y mecanismo de direccionamiento)
- 3 T (transductor y eje flexible)



PRECAUCIÓN

Es obligatorio el uso de la cubierta protectora del pin del conector durante todo el proceso de descontaminación de los transductores transesofágicos. Para realizar una exploración con un transductor, retire la cubierta del conector. Siempre mantenga la cubierta conectada al cable del transductor que está al lado de la cuerda.

NOTA

Utilice las tablas incluidas en las secciones “[Transductores enumerados por compatibilidad de los desinfectantes](#)” en la página 34 o “[Compatibilidad de los desinfectantes por nombre de transductor](#)” en la página 28 para encontrar su transductor y su correspondiente columna Compatibilidad.

Compatibilidad de los desinfectantes y soluciones de limpieza

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Toallitas Accel (todos los tipos)	CA	Frotación	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Acecide-C (anteriorment e Acecide)	JP	Remojo ¹	Ácido peracético	HLD, S	N	N	N	N	T	N	N	N

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Advantage Plus (tenga en cuenta que es obligatorio usar un kit de acoplamiento de sondas transesofágicas opcional)	US	AR	Ácido peracético	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N
Advantage Plus (tenga en cuenta que es obligatorio usar el kit de acoplamiento de sondas ultrasónicas opcional)	US	AR	Ácido peracético	HLD	N	T ^{6,C} ⁸	N	N	N	N	T ^{6,C} ⁸	N
Aidal Plus	AU	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Anios Clean Excel D	FR	Aerosol/ frotación/ Remojo ¹	QUAT, gluconato de clorhexidina, tensoactivo	CL	T,C	T,C	T,C	T	T	T	T,C	T,C
Aniosept Activ	FR	Remojo ¹	Ácido peracético	HLD, S	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
ANIOXY DM	FR	Remojo ¹	Ácido peracético	HLD, S	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Anioxyde 1000	FR	Remojo ¹	Ácido peracético	HLD	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Antigermix E1	FR	Sistema E1	UV-C	HLD	N	N	N	T,C,H ⁵	T,C,H ⁵	N	N	N

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Antigermix S1	FR	Sistema S1	UV-C	HLD	T, C ^{2,8}	T, C ^{2,8}	N	N	N	N	T,C ⁸	T,C
Aquacide	US	Ethos Reprocessor	Ácido peracético	Limpiador, HLD	N	T,C ^{10,11}	N	N	N	N	T,C	T,C
ASTRA TEE	US	AR	Dependiente de la solución	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N
ASTRA TEE Ultra	US	AR	Dependiente de la solución	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N
ASTRA VR	US	AR	Dependiente de la solución	HLD	T ⁹	T ⁹	N	N	N	N	N	N
ASTRA VR Ultra	US	AR	Dependiente de la solución	HLD	T ⁹	T ⁹	N	N	N	N	N	N
Espuma Bacillol 30	DE	Aerosol/ frotación	Alcohol, alquilamina	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Banicide Plus	US	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Lejía (NaOCl al 0,6 %, máx.)	Todos	Aerosol/ frotación	Hipoclorito sódico	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
CaviWipes	US	Frotación	Alcohol, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Cidalkin (anteriorment e Alkaspray)	FR	Aerosol/ frotación	Alcohol, alquilamina	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Cidex OPA	US	Remojo ¹	Ortoftalaldehído	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Toallitas Cleanisept	DE	Aerosol/ frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C

3000 142 67531_B/795 * JUL 2024

Philips

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Toallitas esporicidas Clinell	UK	Frotación	Ácido peracético, tensoactivo	CL, HLD	T,C	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Toallitas Clinell Universal	UK	Aerosol/ frotación	QUAT, biguanida	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Limpiador germicida con lejía de Clorox Healthcare	US	Aerosol/ frotación	Hipoclorito sódico	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
Limpiadores desinfectantes con peróxido de hidrógeno de Clorox Healthcare	US	Aerosol/ frotación	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Combi- Instruments-N	DE	Remojo ¹	Mezcla de glutaraldehído y formacetal	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Alcohol etílico desnaturalizado o (al 85 %, como máximo)	Todos	Aerosol/ frotación	Alcohol etílico desnaturalizado, agua	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Descoton Extra	DE	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Dispatch	US	Aerosol/ frotación	Hipoclorito sódico	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
DSD 201 (tenga en cuenta que es obligatorio usar el kit Bridge opcional)	US	AR	Dependiente de la solución	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N
DSD EDGE (tenga en cuenta que es obligatorio usar el kit Bridge opcional)	US	AR	Ácido peracético	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N
Limpiador enzimático Endozime (todos los tipos)	US	Prelimpiador	Enzimas, tensoactivo	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Enzol	US	Prelimpiador	Enzimas, tensoactivo	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Epizyme Rapid	AU	Prelimpiador	Enzimas, tensoactivo	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Gigasept FF (neu)	DE	Remojo ¹	Dialdehído succínico	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	T	N	T,C ⁸	T
Gigasept PAA	DE	Remojo ¹	Ácido peracético	HLD	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T

3000.142.67531_B/795 * JUL.2024

Philips

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Gigasept PAA Concentrate	DE	Remojo ¹	Ácido peracético	HLD	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Hexanios G+R	FR	Remojo ¹	QUAT, biguanida, tensoactivo	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	N	N	N	N	T,C	T
Hibiclens (4 % Max)	US	Prelimpiador	Gluconato de clorhexidina, tensoactivo	CL	T,C	T,C	T	N	N	T,C	T,C	T,C
Hypernova Chronos	FR	Sistema Chronos	UV-C	HLD	T,C ^{2,8}	T,C ^{2,8}	N	N	N	N	T,C ⁸	T,C
Incidin	DE	Aerosol/ frotación	Alcohol	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Incidin OxyWipe	DE	Aerosol/ frotación	Peróxido de hidrógeno, tensoactivo	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin OxyWipe S	DE	Aerosol/ frotación	Peróxido de hidrógeno, tensoactivo	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin OxyFoam	DE	Aerosol/ frotación	Peróxido de hidrógeno, tensoactivo	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin OxyFoam S	DE	Aerosol/ frotación	Peróxido de hidrógeno, tensoactivo	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin Plus	DE	Remojo ¹	Glucoprotamina	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Incidin Rapid	DE	Aerosol/ frotación	QUAT, glutaraldehído	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T	T	T	T,C	T,C
Aerosol de Incidur	DE	Aerosol/ frotación	Alcohol, QUAT, aldehído	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Instruzyme	FR	Prelimpiador	Enzimas, QUAT, biguanida	CL	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Detergente Intercept	US	AR	Tensoactivo	CL	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Toallitas Intercept	US	Frotación	Tensoactivo	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T,C
Alcohol isopropílico (al 91 %, como máximo)	Todos	Aerosol/ frotación	Alcohol isopropílico, agua	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Klenzyme	US	Prelimpiador	Enzimas, tensoactivo	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Korsolex Basic	FR	Remojo ¹	Aldehyde Releasing	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Korsolex Extra	FR	Remojo ¹	QUAT, aldehído	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Lumicare ONE	AU	AR	UV-C	HLD	T,C ¹¹	T,C ¹¹	N	N	N	N	N	N
Matrix Biofilm Remover	AU	Prelimpiador	Enzimas, tensoactivo	CL	T,C	T,C	T	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
MaxiCide Plus	US	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T

3000 142 67531_B/795 * JUL 2024

Philips

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
MedDis	UK	Remojo ¹	QUAT, ácido sulfámico	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Toallitas desinfectantes Medipal	UK	Frotación	QUAT, biguanida	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Medistel	UK	Remojo ¹	QUAT, ácido sulfámico	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Medizyme	AU	Prelimpiador	Enzimas, tensoactivo	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
MetriCide	US	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
MetriCide 28	US	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
MetriCide OPA Plus	US	Remojo ¹	Ortoftalaldehído	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
MetriCide Plus 30	US	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
MetriZyme	US	Prelimpiador	Enzimas, tensoactivo	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Toallitas virucidas Mikrobac	DE	Frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Toallitas mikrozid PAA	DE	Frotación	Ácido peracético	LLD, ILD	N	T,C	T,C	N	T,C	T,C,H	T,C	T,C
Solución suave de jabón ⁴	Todos	Prelimpiador	Tensoactivo	CL	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Milton	AU	Aerosol/ frotación	Hipoclorito sódico	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
NDP Med Concentrated Plus	ES	Remojo ¹	N-duopropenida, alquilamina	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
neodisher endo CLEAN/ neodisher endo SEPT PAC	DE	AR	Tensoactivo, ácido peracético	CL, HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
neodisher endo DIS active	DE	Remojo ¹	Ácido peracético	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
neodisher Septo Active	DE	Remojo ¹	Ácido peracético	HLD	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
Omnicide	US	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Omnicide 28	US	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
OPAL	AU	Remojo ¹	Ortoftalaldehído	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Opti-Cide3	US	Aerosol/ frotación	Alcohol, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Oxivir (todos los tipos)	US	Frotación	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Oxygenon-I	DE	Remojo ¹	Generación de oxígeno	HLD	N	T,C ⁸	N	T ³	T	T	T,C ⁸	T

3000.142.67531_B/795 * JUL.2024

Philips

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Perastel	UK	AR/Remojo ¹	Ácido peracético	HLD	N	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T
PerCept (todos los tipos)	CA	Frotación	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Phagocide D	FR	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
PI-Spray (anteriorment e T-Spray)	US	Aerosol/ frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
PI-Spray II (anteriorment e T-Spray II)	US	Aerosol/ frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
PREempt Concentrate	CA	Aerosol/ frotación	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
PREempt RTU	CA	Aerosol/ frotación	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Toallitas PREempt	CA	Frotación	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
ProCide-D	US	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
ProCide-D Plus	US	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Prolystica 2X	US	Prelimpiador	Enzimas, tensoactivo	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Desinfectante Protex (todos los tipos)	US	Aerosol/ frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Proxy P/ Proxy A	AU	AR	Ácido peracético	HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
Amoníaco cuaternario (0,8 % activo, máx.)	Todos	Aerosol/ frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
RAPICIDE Glut	US	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
RAPICIDE OPA/28	US	Remojo ¹	Ortoftalaldehído	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
RAPICIDE PA	US	Remojo ¹	Ácido peracético	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	N
RAPICIDE PA Single Shot	US	AR	Ácido peracético	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	N
Rely+On PeraSafe (anteriorment e PeraSafe)	UK	Remojo ¹	Ácido peracético	HLD, S	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Revital-Ox Enzymatic (todos los tipos)	US	Remojo ¹	Enzimas, tensoactivo	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Revital-Ox RESERT	US	Remojo ¹	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T ³	T	T	N	T

3000 142 67531_B/795 * JUL 2024

Philips

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Rivascop	FR	Aerosol/ frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Salvanios pH 10	FR	Aerosol/ frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-24	US	Aerosol/ frotación	Alcohol, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sani-Cloth Active	DE	Frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth AF	US	Frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth AF3	US	Frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth Bleach	US	Frotación	Hipoclorito sódico	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
Sani-Cloth CHG 2 %	UK	Aerosol/ frotación	Alcohol, gluconato de clorhexidina	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sani-Cloth HB	US	Frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth Plus	US	Frotación	Alcohol, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sani-Cloth Prime	US	Frotación	Alcohol, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sekucid N	FR	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Sekusept Aktiv	DE	Remojo ¹	Ácido peracético	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Sekusept Easy	DE	Remojo ¹	Ácido peracético	HLD	N	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Sekusept Plus	DE	Remojo ¹	Glucoprotamina	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	T	T	T,C ⁸	T

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Serie TEE	FR	AR	Dependiente de la solución	HLD	N	N	N	T ⁷	T ⁷	N	N	N
Soluscope P/ Soluscope A	FR	AR	Ácido peracético	HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
Toallitas de ultrasonido Sono	US	Frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Steranos al 2 %	FR	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
STERRAD 100S	US	AR	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	S	N	N	N	N	N	T ⁶ ,C,H	N	N
Super Sani-Cloth	US	Frotación	Alcohol, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
TD-5	US	Reprocesador TD-100, reprocesador TEEClean	Glutaraldehído	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TD-8	US	Reprocesador TD-100, reprocesador TEEClean	Ortoftaldehído	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TD-12	US	Reprocesador TD-200	Ácido peracético	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TEEZyme	US	Reprocesador TEEClean	Enzimas, tensoactivo	CL	N	N	N	T	T	N	N	N

3000 142 67531_B/795 * JUL 2024

Philips

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
TEEZymeMC	US	Prelimpiador	Enzimas, tensoactivo	CL	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
España TEEZyme	US	Prelimpiador	Enzimas, tensoactivo	CL	N	N	N	T	T	N	N	N
Tristel DUO	UK	Espuma/ frotación	Dióxido de cloro	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	N	N	N	T,C	T,C
Tristel DUO ULT	UK	Espuma/ frotación	Dióxido de cloro	HLD	T,C	T,C	T,C	N	N	N	T,C	T,C
Tristel ULT	UK	Espuma/ frotación	Dióxido de cloro	HLD	T,C	T,C	T,C	N	N	N	T,C	T,C
Tristel Fuse para Stella	UK	Sistema Stella	Dióxido de cloro	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Toallitas Tristel Sporicidal	UK	Frotación	Dióxido de cloro	HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Sistema Tristel Trio Wipes	UK	Frotación de prelimpieza, con esporicida, de enjuague	Enzimas, tensoactivo, dióxido de cloro	CL, HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T
trophon2	AU	Reprocesador trophon2	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	N	N	T,C ⁸	T,C

Solución/ Sistema	País o región de origen	Uso aprobado	Ingrediente activo	Tipo de desinfec- tante	Columnas Compatibilidad							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Toallitas de limpieza complementar ias trophon	AU	Frotación	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
UltrOx	US	Remojo ¹	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T ³	T	T	N	T
trophon EPR	AU	Reprocesador trophon EPR	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	N	N	T,C ⁸	N
Vaposeptol	FR	Aerosol/ frotación	Alcohol, biguanida	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Virox 5 RTU	CA	Frotación	Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wavicide -01	US	Remojo ¹	Glutaraldehído	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Wip'Anios Excel	FR	Frotación	QUAT, biguanida, tensoactivo	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wip'Anios Premium	FR	Frotación	QUAT, biguanida, tensoactivo	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C

1. Nunca sumerja o ponga a remojo un conector. Estos productos se pueden utilizar en reprocesadores automáticos (AR) según los procedimientos expuestos en el documento *Cuidado y limpieza de los sistemas de ultrasonido y transductores*.
2. Antigermix S1 y Hypernova Chronos no están aprobados para su uso con los transductores 3D6-2, 3D8-4, V6-2, V8-4, V9-2, VL13-5 o VL13-5 Compact.

3. Oxygenon-I y Revital-Ox RESERT pueden producir un ligero cambio de color en el eje flexible de los transductores S7-3t y S8-3t. Dicho cambio de color no tiene ningún efecto sobre la seguridad o el rendimiento del dispositivo.
4. Las soluciones suaves de jabón no contienen ingredientes perjudiciales y no irritan la piel. No deben contener ningún tipo de fragancia, aceite o alcohol. Los desinfectantes de manos no están aprobados para su uso.
5. Antigermix E1 podría decolorar las partes de plástico de los transductores transesofágicos.
6. Encontrará las soluciones específicas utilizadas con este reprocesador automático en [“Pautas para los reprocesadores automáticos \(AR\)” en la página 20.](#)
7. Encontrará las soluciones específicas utilizadas en este desinfectador automático en [“Pautas para desinfectores automáticos de transductores transesofágicos y desinfectores limpiadores automáticos” en la página 24.](#)
8. Aprobado solo para cables; no aprobado para conectores.
9. Encontrará las soluciones específicas utilizadas con este reprocesador automático (solo transductores transvaginales y transrectales) en [“Pautas para los reprocesadores automáticos \(AR\)” en la página 20.](#)
10. Cuando se utiliza el sistema ETHOS según las instrucciones del rótulo, no expone el conector del transductor a los productos químicos de limpieza y desinfección.
11. Este sistema no está aprobado para su uso con los transductores V6-2, V8-4 o VL13-5 debido a la limitación de la geometría.

3000 142 67531_B/795 * JUL.2024

Philips

www.philips.com/healthcare



Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

CE 2797



© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Quedan reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión, ya sea total o parcialmente, en cualquier forma o mediante cualquier medio, electrónico, mecánico o de otra manera, sin el previo consentimiento por escrito del propietario de los derechos de autor.

Publicado en EE. UU.

3000 142 67531_B/795 * JUL 2024 - es-ES